

عنوان کنترل : perci con
شروع کنترول : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۶۰۸۸۲۱,۱


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۱۲	۰,۱۷۸	۲,۴۲۳	۲,۶۰۱	۲,۷۷۹	۲,۹۵۷	۳,۱۳۵	۳,۳۱۳	۳,۴۹۱

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۲,۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 5.526	SD: 0.158	Mean: 2.863
------------	-----------	-------------



عنوان آزمایش : (HbCAb (IgM
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : -
عنوان کنترل :
کنترل داخل کیت : شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۱۸۱	۰,۲۰۲	۱,۳۷۹	۱,۵۸۱	۱,۷۸۳	۱,۹۸۵	۲,۱۸۷	۲,۳۸۹	۲,۵۹۱

مقدار	تاریخ
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲,۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲,۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴

CV%: 11.491	SD: 0.225	Mean: 1.962
-------------	-----------	-------------

