

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

عنوان آزمایش : HBsAb  
عنوان دستگاه : الیزاریدر  
سری ساخت : T17/7۱۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۹۷۸	۱,۵۸۴	۴۸,۴۴۷	۵۰,۰۳۱	۵۱,۶۱۵	۵۳,۱۹۹	۵۴,۷۸۳	۵۶,۳۶۷	۵۷,۹۵۱

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۵۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۵۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۵,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۵۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵۲,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۵۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۵۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.658	SD: 1.422	Mean: 53.506
------------	-----------	--------------

