

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

عنوان آزمایش : HBsAb  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : T17/7۱۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۶۸۹	۱,۴۳۸	۴۹,۱۶۳	۵۰,۶۰۱	۵۲,۰۳۹	۵۳,۴۷۷	۵۴,۹۱۵	۵۶,۳۵۳	۵۷,۷۹۱

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۵۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۴,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.417	SD: 1.307	Mean: 54.083
------------	-----------	--------------

