

Cut Of : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

(HBsAg (Q : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C6T813


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۸۶۵	۰,۴۲۴	۳,۵۰۸	۳,۹۳۲	۴,۳۵۶	۴,۷۸	۵,۲۰۴	۵,۶۲۸	۶,۰۵۲

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴,۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۵,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CV%: 7.469	SD: 0.358	Mean: 4.799
------------	-----------	-------------



ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۲۱	۰,۱۰۷	۳,۰۹۷	۳,۲۰۴	۳,۳۱۱	۳,۴۱۸	۳,۵۲۵	۳,۶۳۲	۳,۷۳۹

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۳,۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۳,۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 2.956	SD: 0.1	Mean: 3.372
------------	---------	-------------

