

ROCHE I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹


عنوان آزمایش : (HBsAg (Q  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۵۳۸	۰,۱۲	۳,۰۲۹	۳,۱۴۹	۳,۲۶۹	۳,۳۸۹	۳,۵۰۹	۳,۶۲۹	۳,۷۴۹

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۴

CV%: 2.837	SD: 0.096	Mean: 3.375
------------	-----------	-------------



Cut Of : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q  
عنوان دستگاه : الیزاریدر  
سری ساخت : C6T813

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۸۴۴	۰,۳۷۶	۳,۶۶۴	۴,۰۴	۴,۴۱۶	۴,۷۹۲	۵,۱۶۸	۵,۵۴۴	۵,۹۲

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 9.308	SD: 0.464	Mean: 4.988
------------	-----------	-------------

