

ROCHE I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۵۳	۰,۱۱	۳,۰۵۳	۳,۱۶۳	۳,۲۷۳	۳,۳۸۳	۳,۴۹۳	۳,۶۰۳	۳,۷۱۳

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۳,۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳,۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۳,۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۳,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۳,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳,۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۳,۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۳

CV%: 2.554	SD: 0.087	Mean: 3.395
------------	-----------	-------------

