

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۸۵	۰,۰۸۴	۳,۱۳۴	۳,۲۱۸	۳,۳۰۲	۳,۳۸۶	۳,۴۷	۳,۵۵۴	۳,۶۳۸

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳,۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۳,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۳,۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳,۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.025	SD: 0.069	Mean: 3.43
------------	-----------	------------

