

perci con hcv : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۶۳۵	۰,۲۷۵	۲,۷۸	۳,۰۵۵	۳,۳۳	۳,۶۰۵	۳,۸۸	۴,۱۵۵	۴,۴۳

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۳,۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۳,۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۳,۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۳,۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳,۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۳,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۳,۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۳,۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۳,۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۳,۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۳,۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 8.058	SD: 0.293	Mean: 3.641
------------	-----------	-------------

