

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۶۵۶	۰,۲۷۹	۲,۸۱۱	۳,۰۹	۳,۳۶۹	۳,۶۴۸	۳,۹۲۷	۴,۲۰۶	۴,۴۸۵

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳,۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۳,۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳,۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۳,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳,۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳,۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳,۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳,۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳,۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳,۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۳,۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 6.131	SD: 0.228	Mean: 3.719
------------	-----------	-------------

