

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۱۸	۰,۲۲۵	۳,۰۵۸	۳,۲۸۳	۳,۵۰۸	۳,۷۳۳	۳,۹۵۸	۴,۱۸۳	۴,۴۰۸

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۳,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۳,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۳,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۳,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳,۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۳,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۳,۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 4.751	SD: 0.178	Mean: 3.741
------------	-----------	-------------

