

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۰۶۳	۰,۱۸۹	۳,۱۵۹	۳,۳۴۸	۳,۵۳۷	۳,۷۲۶	۳,۹۱۵	۴,۱۰۴	۴,۲۹۳

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۳,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۳,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳,۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

CV%: 4.443	SD: 0.161	Mean: 3.631
------------	-----------	-------------

