

Qualitative

HDV Ab	: آزمایش ۱	۱۴۰۴ دې ۲۲	: تاريخ
کنترل مثبت	: کنترل	DIAPRO	: کیت
	: شرکت سازنده		: شرکت سازنده
C7T10/5	: سری ساخت	C7T10/5	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء		: تاریخ انقضاء
	: مرجع معیار پذیرش	۰,۰۱ تا ۰,۱	: معیار پذیرش
			: توضیحات

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۴/۱۲/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۵۳	
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۵۴	۱۱,۲۷
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۵۹	۱۱,۲۰
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۳۹	۱۱,۱۳
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۴۱	۱۰,۲۲
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۴۹	۱۰,۲۹
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰,۰۵۵	۱۱,۶
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)		