

ROCHE I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۶

| %CV   | SD   | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۴۵۳ | ۰,۶۷ | ۴۴,۱۲۳           | ۴۴,۷۹۳           | ۴۵,۴۶۳           | ۴۶,۱۳۳ | ۴۶,۸۰۳          | ۴۷,۴۷۳          | ۴۸,۱۴۳          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۵,۴  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۶    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
| ۴۶,۸  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 1.535 | SD: 0.713 | Mean: 46.44 |
|------------|-----------|-------------|

