

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

HE4 (CLIA : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۶ کوپاس E411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۶۵	۰,۵۳۸	۴۴,۵۵۶	۴۵,۰۹۴	۴۵,۶۳۲	۴۶,۱۷	۴۶,۷۰۸	۴۷,۲۴۶	۴۷,۷۸۴

مقدار	تاریخ
۴۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۶,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴۶,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۴۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴۵,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.71	SD: 0.789	Mean: 46.133
-----------	-----------	--------------

