

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۳۰۰۲
عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۶۹	۰,۴۶۸	۳۲,۷۸۷	۳۳,۲۵۵	۳۳,۷۲۳	۳۴,۱۹۱	۳۴,۶۵۹	۳۵,۱۲۷	۳۵,۵۹۵

مقدار	تاریخ
۳۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۳۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۳۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۳۳,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۳۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۳۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳۳,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 1.472	SD: 0.503	Mean: 34.185
------------	-----------	--------------

