

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۳۰۰۲
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۶۳	۰,۴۶۶	۳۲,۸۰۲	۳۳,۲۶۸	۳۳,۷۳۴	۳۴,۲	۳۴,۶۶۶	۳۵,۱۳۲	۳۵,۵۹۸

مقدار	تاریخ
۳۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۳۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳۴,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۳۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 1.303	SD: 0.446	Mean: 34.231
------------	-----------	--------------

