

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۳۰۰۲
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۵۹	۰,۵۶۵	۳۲,۳۷۵	۳۲,۹۴	۳۳,۵۰۵	۳۴,۰۷	۳۴,۶۳۵	۳۵,۲	۳۵,۷۶۵

مقدار	تاریخ
۳۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۳۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 2.249	SD: 0.77	Mean: 34.243
------------	----------	--------------

