

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgM  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : \*۹\*  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۱۱۴	۱,۸۵۹	۱۷,۳۳	۱۹,۱۸۹	۲۱,۰۴۸	۲۲,۹۰۷	۲۴,۷۶۶	۲۶,۶۲۵	۲۸,۴۸۴

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۱,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 5.614	SD: 1.23	Mean: 21.908
------------	----------	--------------

