

PERCI CON : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

سری ساخت: ۶۰۸۷۲۳۰۱
HBeAg : عنوان آزمایش :
ROCHE : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۵۲۴	۰,۰۴۱	۷,۶۹۵	۷,۷۳۶	۷,۷۷۷	۷,۸۱۸	۷,۸۵۹	۷,۹	۷,۹۴۱

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷,۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۷,۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵

CV%: 0.261	SD: 0.02	Mean: 7.812
------------	----------	-------------

