

PERCI CON : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

عنوان آزمایش : HBeAg  
سری ساخت : ۶۰۸۷۲۳۰۱  
عنوان دستگاه : ROCHE

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۳۶	۰,۰۲۸	۷,۷۳	۷,۷۵۸	۷,۷۸۶	۷,۸۱۴	۷,۸۴۲	۷,۸۷	۷,۸۹۸

مقدار	تاریخ
۷,۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۷,۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۷,۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۷,۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳

CV%: 0.365	SD: 0.028	Mean: 7.801
------------	-----------	-------------

