

PERCI CON : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

HBeAg : عنوان آزمایش :  
ROCHE : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۰۸۷۲۳۰۱

| %CV   | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰,۳۵۳ | ۰,۰۲۸ | ۷,۷۲۷            | ۷,۷۵۵            | ۷,۷۸۳            | ۷,۸۱۱ | ۷,۸۳۹           | ۷,۸۶۷           | ۷,۸۹۵           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۷,۸   | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
| ۷,۸۱  | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۷,۸   | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
| ۷,۸۳  | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۷,۸۲  | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۷,۸   | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 0.162 | SD: 0.013 | Mean: 7.81 |
|------------|-----------|------------|

