

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

IRON : عنوان آزمایش :  
Olympius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۸۷۱	۰,۹۷۱	۱۰۸,۶۵۴	۱۰۹,۶۲۵	۱۱۰,۵۹۶	۱۱۱,۵۶۷	۱۱۲,۵۳۸	۱۱۳,۵۰۹	۱۱۴,۴۸

مقدار	تاریخ
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵

CV%: 0.914	SD: 1.019	Mean: 111.5
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

IRON : عنوان آزمایش :  
Olympus : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۶,۶۶۷	۹۱,۹۹۹	۹۸,۶۶۶	۱۰۵,۳۳۳	۱۱۲	۱۱۸,۶۶۷	۱۲۵,۳۳۴	۱۳۲,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 3.73	SD: 4.103	Mean: 110
-----------	-----------	-----------

