

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

IRON : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۳۵۴	۸,۷۸	۱۷۵,۳۱	۱۸۴,۰۹	۱۹۲,۸۷	۲۰۱,۶۵	۲۱۰,۴۳	۲۱۹,۲۱	۲۲۷,۹۹

مقدار	تاریخ
۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۲۰.۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۱.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۰.۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۰.۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۹.۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۹.۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۹.۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۹.۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۹.۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۲۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۹.۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۰.۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۰.۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۰.۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۰.۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۰.۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۲۰.۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۰.۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۰.۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۰.۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۰.۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.126	SD: 4.314	Mean: 202.926
------------	-----------	---------------

