

CONTROL-I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱


Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : C۲۱۰۳۱۹

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
| ۱۱۵,۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
| ۱۱۵,۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| ۱۱۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| ۱۱۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 0.179 | SD: 0.207 | Mean: 115.781 |
|------------|-----------|---------------|



CONTROL-II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹ //c

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
| ۴۲۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
| ۴۲۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۲۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
| ۴۲۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
| ۴۲۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۳۰   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
| ۴۲۶   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| ۴۲۸   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
| ۴۲۵   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 0.388 | SD: 1.653 | Mean: 426.25 |
|------------|-----------|--------------|

