

CONTROL-I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :
الایزاریدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹.C


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۱۹۴	۰,۲۲۵	۱۱۵,۰۹۵	۱۱۵,۳۲	۱۱۵,۵۴۵	۱۱۵,۷۷	۱۱۵,۹۹۵	۱۱۶,۲۲	۱۱۶,۴۴۵

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۱۵,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۱۵,۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 0.153	SD: 0.177	Mean: 115.746
------------	-----------	---------------



CONTROL-II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :
الایزاریدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : //c۲۱۰۳۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰.۵۶۷	۲,۴۲	۴۱۹,۴۷۳	۴۲۱,۸۹۳	۴۲۴,۳۱۳	۴۲۶,۷۳۳	۴۲۹,۱۵۳	۴۳۱,۵۷۳	۴۳۳,۹۹۳

مقدار	تاریخ
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۲۵,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۴۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۲۸,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 0.287	SD: 1.225	Mean: 426.324
------------	-----------	---------------

