

CONTROL-I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱


Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزاریدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : C۲۱۰۳۱۹

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱۱۵,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۱۵,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۱۵,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 0.166	SD: 0.191	Mean: 115.667
------------	-----------	---------------



CONTROL-II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹ //c

مقدار	تاریخ
۴۲۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴۲۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴۲۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۴۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۴۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۴۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۲۶,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴۲۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴۲۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴۲۶,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 0.17	SD: 0.724	Mean: 426.013
-----------	-----------	---------------

