

CONTROL-I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C۲۱۰۳۱۹


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۱۶۵	۰,۱۹	۱۱۵,۱۴۳	۱۱۵,۳۳۳	۱۱۵,۵۲۳	۱۱۵,۷۱۳	۱۱۵,۹۰۳	۱۱۶,۰۹۳	۱۱۶,۲۸۳

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۱۵,۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۱۵,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱۵,۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۱۵,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 0.137	SD: 0.158	Mean: 115.691
------------	-----------	---------------



CONTROL-II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹ //c

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۲۴۷	۱,۰۵۱	۴۲۳,۰۳۷	۴۲۴,۰۸۸	۴۲۵,۱۳۹	۴۲۶,۱۹	۴۲۷,۲۴۱	۴۲۸,۲۹۲	۴۲۹,۳۴۳

مقدار	تاریخ
۴۲۵,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴۲۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴۲۵,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۴۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 0.112	SD: 0.479	Mean: 426.157
------------	-----------	---------------

