

Perci Control Level II : عنوان کنترل : Insulin : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ : سری ساخت : ۷۴۰۴۰۲ : Cobas 6000 : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۹۴	۲,۳۹۴	۶۵,۵۰۱	۶۷,۸۹۵	۷۰,۲۸۹	۷۲,۶۸۳	۷۵,۰۷۷	۷۷,۴۷۱	۷۹,۸۶۵

مقدار	تاریخ
۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

مقدار	تاریخ
۷۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱

CV%: 2.411	SD: 1.756	Mean: 72.833
------------	-----------	--------------



Diasorin I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۴

Insulin : عنوان آزمایش :  
Liaison : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۰۱۸۰۴۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۶	۰,۹	۸,۱	۹	۹,۹	۱۰,۸	۱۱,۷	۱۲,۶	۱۳,۵

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۰,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

CV%: 4.823	SD: 0.507	Mean: 10.51
------------	-----------	-------------

