

permium plus : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۰۷

Insulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۴۶۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۳۶	۰,۹۹۳	۱۵,۶۳۲	۱۶,۶۲۵	۱۷,۶۱۸	۱۸,۶۱۱	۱۹,۶۰۴	۲۰,۵۹۷	۲۱,۵۹

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۸,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۸,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۹,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 5.556	SD: 1.02	Mean: 18.35
------------	----------	-------------

