

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۵۲	۱۲,۹۶۵	۲۸۹,۱۸۸	۳۰۲,۱۵۳	۳۱۵,۱۱۸	۳۲۸,۰۸۳	۳۴۱,۰۴۸	۳۵۴,۰۱۳	۳۶۶,۹۷۸

مقدار	تاریخ
۳۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۳۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۳۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۳۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۳۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۳۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۳۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۳۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۳۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۳۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.735	SD: 8.928	Mean: 326.407
------------	-----------	---------------

