

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

LDH : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۵۳۲	۲۷,۸۶	۷۰۵,۲۸۷	۷۳۳,۱۴۷	۷۶۱,۰۰۷	۷۸۸,۸۶۷	۸۱۶,۷۲۷	۸۴۴,۵۸۷	۸۷۲,۴۴۷

مقدار	تاریخ
۸۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۸۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۸۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۷۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۷۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۸۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۷۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۷۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۸۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 4.292	SD: 33.886	Mean: 789.6
------------	------------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

LDH : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۳	۱۹,۶۶۷	۲۵۴,۹۹۹	۲۷۴,۶۶۶	۲۹۴,۳۳۳	۳۱۴	۳۳۳,۶۶۷	۳۵۳,۳۳۴	۳۷۳,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۳۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 4.76	SD: 14.39	Mean: 302.333
-----------	-----------	---------------

