

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۹۵	۴۲	۵۳۱	۵۷۳	۶۱۵	۶۵۷	۶۹۹	۷۴۱	۷۸۳

مقدار	تاریخ
۶۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۶۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۶۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۶۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۶۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۶۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۶۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۶۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۶۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۶۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۶۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۶۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۵۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۶۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۶۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۶۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۶۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 3.399	SD: 22.064	Mean: 649.211
------------	------------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۸۱۴	۱۸,۳۷۶	۲۶۰,۹۵۲	۲۷۹,۳۲۸	۲۹۷,۷۰۴	۳۱۶,۰۸	۳۳۴,۴۵۶	۳۵۲,۸۳۲	۳۷۱,۲۰۸

مقدار	تاریخ
۳۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۳۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۳۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۳۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۳۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۳۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 5.493	SD: 17.602	Mean: 320.421
------------	------------	---------------

