

عنوان کنترل : multi 1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

عنوان آزمایش : LDL cholesterol
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۴۱	۱,۳۹۱	۵۷,۸۸۶	۵۹,۲۷۷	۶۰,۶۶۸	۶۲,۰۵۹	۶۳,۴۵	۶۴,۸۴۱	۶۶,۲۳۲

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.92	SD: 1.185	Mean: 61.731
-----------	-----------	--------------

