

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

سری ساخت : GN 325

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵۰۱	۲,۹۱۵	۴۴,۲۵۵	۴۷,۱۷	۵۰,۰۸۵	۵۳	۵۵,۹۱۵	۵۸,۸۳	۶۱,۷۴۵

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 4.338	SD: 2.303	Mean: 53.074
------------	-----------	--------------

