

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

سری ساخت : GP425

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۰۹	۳,۴۹۳	۱۱۸,۴۵۴	۱۲۱,۹۴۷	۱۲۵,۴۴	۱۲۸,۹۳۳	۱۳۲,۴۲۶	۱۳۵,۹۱۹	۱۳۹,۴۱۲

مقدار	تاریخ
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 2.109	SD: 2.755	Mean: 130.615
------------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت: GN625

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۳	۳	۴۶	۴۹	۵۲	۵۵	۵۸	۶۱	۶۴

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 4.54	SD: 2.429	Mean: 53.5
-----------	-----------	------------

