

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۲۱	۴,۹۰۷	۹۶,۲۷۹	۱۰۱,۱۸۶	۱۰۶,۰۹۳	۱۱۱	۱۱۵,۹۰۷	۱۲۰,۸۱۴	۱۲۵,۷۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 3.664	SD: 4.094	Mean: 111.737
------------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۶۷	۱,۶۰۷	۴۷,۵۷۹	۴۹,۱۸۶	۵۰,۷۹۳	۵۲,۴	۵۴,۰۰۷	۵۵,۶۱۴	۵۷,۲۲۱

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.169	SD: 1.129	Mean: 52.053
------------	-----------	--------------

