

abbott-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

LH : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰  
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۴۳	۲,۰۸۲	۳۲,۰۸۷	۳۴,۱۶۹	۳۶,۲۵۱	۳۸,۳۳۳	۴۰,۴۱۵	۴۲,۴۹۷	۴۴,۵۷۹

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 3.939	SD: 1.541	Mean: 39.125
------------	-----------	--------------

