

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۰۴۹	۱,۵۸۱	۳۴,۲۹۴	۳۵,۸۷۵	۳۷,۴۵۶	۳۹,۰۳۷	۴۰,۶۱۸	۴۲,۱۹۹	۴۳,۷۸

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.847	SD: 1.56	Mean: 40.542
------------	----------	--------------

