

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

سری ساخت : ----
Lamotrigine : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۶۹	۰,۰۵	۵,۵۴۹	۵,۵۹۹	۵,۶۴۹	۵,۶۹۹	۵,۷۴۹	۵,۷۹۹	۵,۸۴۹

مقدار	تاریخ
۵,۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۵,۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۵,۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵,۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۵,۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۵,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۵,۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 0.6	SD: 0.034	Mean: 5.704
----------	-----------	-------------

