

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

سری ساخت : ----
Lamotrigine : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۶۹	۰,۰۵	۵,۵۴۹	۵,۵۹۹	۵,۶۴۹	۵,۶۹۹	۵,۷۴۹	۵,۷۹۹	۵,۸۴۹

مقدار	تاریخ
۵,۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۵,۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵,۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۵,۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۵,۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 0.697	SD: 0.039	Mean: 5.663
------------	-----------	-------------

