

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

سری ساخت : ----
Lamotrigine : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۶۳۲	۰,۰۳۶	۵,۵۷۲	۵,۶۰۸	۵,۶۴۴	۵,۶۸	۵,۷۱۶	۵,۷۵۲	۵,۷۸۸

مقدار	تاریخ
۵,۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۵,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵,۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۵,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

CV%: 0.505	SD: 0.029	Mean: 5.682
------------	-----------	-------------

