

Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :  
Integra 400 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۰۵۴	۱,۸۲۹	۳۹,۶۳	۴۱,۴۵۹	۴۳,۲۸۸	۴۵,۱۱۷	۴۶,۹۴۶	۴۸,۷۷۵	۵۰,۶۰۴

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 2.934	SD: 1.329	Mean: 45.304
------------	-----------	--------------

