

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :
Integra 400 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۳۳	۱,۹۷۳	۳۹,۶۰۴	۴۱,۵۷۷	۴۳,۵۵	۴۵,۵۲۳	۴۷,۴۹۶	۴۹,۴۶۹	۵۱,۴۴۲

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۶,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۸,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۴,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 4.822	SD: 2.2	Mean: 45.635
------------	---------	--------------

