

Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲ Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۳۳۳	۱,۹۷۳	۳۹,۶۰۴	۴۱,۵۷۷	۴۳,۵۵	۴۵,۵۲۳	۴۷,۴۹۶	۴۹,۴۶۹	۵۱,۴۴۲

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 4.781	SD: 2.205	Mean: 46.111
------------	-----------	--------------

