

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲ Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۵۴	۲,۴۸۸	۳۹,۰۰۳	۴۱,۴۹۱	۴۳,۹۷۹	۴۶,۴۶۷	۴۸,۹۵۵	۵۱,۴۴۳	۵۳,۹۳۱

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 4.927	SD: 2.344	Mean: 47.571
------------	-----------	--------------

