

عنوان کنترل : کنترل ۲
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : Lithium
عنوان دستگاه : مدیکا ۲
سری ساخت : RTC08392


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۱۵۴	۰,۰۹۶	۰,۸۹۳	۰,۹۸۹	۱,۰۸۵	۱,۱۸۱	۱,۲۷۷	۱,۳۷۳	۱,۴۶۹

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱,۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۱,۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱,۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.87	SD: 0.046	Mean: 1.18
-----------	-----------	------------



RTI TEB III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Lithium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۷۴	۰,۰۲۴	۱,۰۳۷	۱,۰۶۱	۱,۰۸۵	۱,۱۰۹	۱,۱۳۳	۱,۱۵۷	۱,۱۸۱

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲

CV%: 2.063	SD: 0.023	Mean: 1.116
------------	-----------	-------------

