

RTI TEB III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Lithium : عنوان آزمایش :  
مدیکا : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : RTC08392


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۲۱	۰,۰۲۳	۱,۰۴۵	۱,۰۶۸	۱,۰۹۱	۱,۱۱۴	۱,۱۳۷	۱,۱۶	۱,۱۸۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱,۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱,۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱,۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.722	SD: 0.019	Mean: 1.116
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : کنترل ۲  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : Lithium  
عنوان دستگاه : مدیکا ۲  
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۱۲	۰,۰۶۱	۱,۰۰۷	۱,۰۶۸	۱,۱۲۹	۱,۱۹	۱,۲۵۱	۱,۳۱۲	۱,۳۷۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱,۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱,۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱,۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱,۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱,۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 3.544	SD: 0.041	Mean: 1.163
------------	-----------	-------------

