

Internal Control

MPO Ab	: آزمایش ۱	۱۴۰۵	شنبه ۱۵ فروردین	: تاریخ
کنترل مثبت	: کنترل	پادتن دانش		: کیت
	: شرکت سازنده			: شرکت سازنده
	: سری ساخت	mpo1125		: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء			: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۱۲,۳		: CV مجاز
۷۱,۶۸۸	: حد پایین	۱۰۰,۳۶۲		: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۱/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۰,۳	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۸۷,۱	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۰,۰	OK	۱,۱۵