

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Magnesium : عنوان آزمایش :  
Olampus : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP325


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱	۰,۰۸۵	۳,۷۹۶	۳,۸۸۱	۳,۹۶۶	۴,۰۵۱	۴,۱۳۶	۴,۲۲۱	۴,۳۰۶

مقدار	تاریخ
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۴,۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۴,۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

مقدار	تاریخ
۴,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

CV%: 0.568	SD: 0.023	Mean: 4.046
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Magnesium : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۰,۳	۳,۱	۳,۴	۳,۷	۴	۴,۳	۴,۶	۴,۹

مقدار	تاریخ
۴,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۳,۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۳,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴,۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴,۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۴,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۳,۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۳,۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴,۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۴,۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۳,۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳,۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

CV%: 1.354	SD: 0.054	Mean: 4.007
------------	-----------	-------------

