

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Magnesium : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۴۳	۰,۰۹۱	۱,۷۷	۱,۸۶۱	۱,۹۵۲	۲,۰۴۳	۲,۱۳۴	۲,۲۲۵	۲,۳۱۶

مقدار	تاریخ
۲,۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۲,۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲,۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲,۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲,۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲,۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲,۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲,۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲,۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲,۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲,۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲,۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲,۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲,۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱,۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲,۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲,۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲,۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲,۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲,۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.699	SD: 0.077	Mean: 2.094
------------	-----------	-------------

